



VNIVERSITAT ID VALÈNCIA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO AUTOCLAVE PARA LA SECCIÓN DE CULTIVOS CELULARES (SCSIE)

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

El instrumental requerido debe constar de:

- 1- Equipo de esterilización y generación de vapor con las siguientes características:

Dimensiones cámara: (ancho x alto x profundo) 340 x 340 x 645 mm
Dimensiones totales: (ancho x alto x profundo) 680 x 1570 x 925 mm
Volumen: 75 litros
* Control por microordenador
* Impresora de datos de proceso
* Marcado CE
* Vacío por eyector / economizador agua
* Entrada sondas validación
* Guías laterales y estante intermedio
* Plafones laterales inox. Cód. 57376. 1
* Generador vapor 9 kW / Aguas separadas
* Comunicación RS232
* Con ruedas para mantenimiento cód. 57375. 3
* Compresor de aire integrado
* Manual de instrucciones cód. 44174. 7

- Un software con los siguientes programas:

- Test de Vacío
- Test de Bowie& Dick
- 3 Programas de sólidos entre 115 y 135 °C con parámetros abiertos.

- 2- Equipo de esterilización y generación de vapor con las siguientes características:

Dimensiones cámara: (ancho x alto x profundo) 500 x 500 x 1020 mm
Dimensiones totales: (ancho x alto x profundo) 900 x 1824 x 1355 mm
Volumen: 255 litros
* Microordenador industrial y pantalla táctil
* Doble CPU (control y registro)
* Impresora de datos proceso / conexión Ethernet
* Vacío por eyector / economizador agua
* Juego de guías inferiores
* Marcado CE
* Recámara continua
* Generador de vapor 18 kW
* Comunicación RS232
* Circuitos de agua independientes
* Manómetros cámara y vapor en zona carga
* Manómetro cámara en zona descarga

- Un software con los siguientes programas:

- Test de Vacío
- Test de Bowie& Dick



VNIVERSITAT DE VALÈNCIA

-Pre-calentamiento

- 3 Programas de sólidos entre 115 y 135 °C con parámetros abiertos.

Valencia, 09 de Marzo de 2017

Firmado:

Salvador Gil Grau.
Director del SCSIE.

