Instrucciones del CROMATÓGRAFO LÍQUIDO-1

ESTUDIO CINÉTICO DE LA OXIDACIÓN FOTOQUÍMICA DE LA TRIFENILFOSFINA



- 1. Conecte la regleta.
- 2. Encienda la bomba presionando el interruptor lateral.
- 3. Encienda el **detector** del interruptor de la parte trasera.
- 4. Cuando el detector finalice el test de comprobación, encienda el ordenador.
- 5. En el panel de la bomba, seleccionar el caudal deseado en la experiencia presionando **Edit Enter**.
- 6. Cuando parpadee el valor actual del caudal en la pantalla, introducir el valor deseado (1,5 ml/min) con las flechas ▲ y presionar Menu.
- 7. Presionar **Run** para poner en marcha la bomba. La presión aumenta hasta alcanzar un valor estable. Esperar unos minutos antes de comenzar la experiencia.





8. Abrir el programa **AZUR** ^{Azur}. El programa tarda en ejecutarse y puede responder de forma lenta a la selección, pero después de unos minutos la respuesta es normal.

9. En la ventana principal del programa, seleccionar dos veces (doble clic) el icono del instrumento (UV1000)



10. Se abrirá la ventana:



11. En esta pantalla debe introducirse:

Close	-								
Full Screen	Ø	Run Time (min) 4	grophic N	fethod :				
Signal	CI	mmediate	● from inst✓ Start Ale	start Mode rument C rays Sample	from instrument ar	d restart			
		Name	ADS	Content			-		
*		Dilution	: 1		Volum	e: (µ])	25		
Acquisition		Divisor	1		Amour	t: (mg)	0		
Ini		Information :			Vial Numbe	c.	1		
		<u></u>					×		
		Create Anal Instrum	ysis in : ent 🐖 UV100	~					
	1	Active	Channel	Process Method	Quanti. Mod	Level	Level Upd.	Rt Update	
	1 1		Channel 1	2					

El tiempo total del cromatograma Run time(min): 4.5

El nombre del archivo Name

Tambien se puede añadir informacion adicional en , Information



- 12. Presionar el icono de Signal
- 13. En el panel del detector. Se muestra el valor de la absorbancia. Con el eluyente pasando por el circuito y cuando la lámpara este estabilizada se debe ajustar el cero. Para ello presione ZERO
- 14. Con el inyector en posición de Load, inyectar la muestra.
- 15. Girar la válvula a la posición de inyect. Se inserta la muestra en el portador y comienza la adquisición del cromatograma.



- 16. Retirar la jeringa antes de que acabe el cromatograma y retornar la válvula a la posición de Load.
- 17. El cromatograma se guarda automáticamente cuando el tiempo ha transcurrido. Se pueden recoger nuevos cromatogramas.

Identificación e integración del cromatograma





19. Se abre la pantalla de análisis con <u>los</u> <u>cromatogramas realizados</u>. Seleccionar el archivo deseado que se mostrará a la derecha.



20. Para identificar los picos e integrarlos, presionar



- 21. Para visualizar la tabla con los picos y las áreas presionar Results
- 22. Para imprimir en el menú principal seleccionar :FILE, Print, Normalization, OK

		1.55
Vame	Modified	
Response factors	10/12/2001 18:59	
ESTD	10/12/2001 18:58	
Chromatogram	10/12/2001 18:58	
ISTD	10/12/2001 18:58	
Normalization	10/12/2001 18:58	
Groups	10/12/2001 18:58	

Para imprimir por la impresora del laboratorio seleccionar: **RICOH PC600 PCL6** Para imprimir a PDF seleccionar: **Adobe PDF**

Instrucciones de apagado del cromatgrafo

- 1. Cerrar el programa Azur.
- 2. Apagar el ordenador
- 3. Colocar la valvula de inyección en posición de Load.
- 4. Detener la bomba presionando Run/Stop y el equipo presionando el interruptor lateral.
- 5. Apagar el detector del interruptor de la parte trasera.
- 6. Apagar la regleta.