

Instrucciones para los usuarios de la sección de Rayos X monocristal durante el periodo de reinicio de actividades de soporte a la investigación

Persona de contacto:

Malva Liu, teléfono: 963543327 (interno ext:43327), correo liu@uv.es.

Equipos o técnicas que no están disponibles en la sección

El D8 Venture está operativo para medir a temperatura ambiente. Estamos pendientes de que Bruker vuelva a establecer el vacío en la caña para medidas a baja temperatura. Hasta que se pueda realizar, esta técnica no está operativa.

Horario de atención a usuarios

La técnico estará presente en horario de mañana siempre que haya una solicitud de medida programada a través de LIMS.

- El asesoramiento técnico y científico se realizará telefónicamente o mediante email para cubrir las necesidades de los investigadores.
- La formación y tutorías sobre el uso y manejo del equipo queda suspendida, hasta nuevo aviso.

Protocolo de acceso al equipo en autoservicio

Con el fin de minimizar el tránsito por las zonas de trabajo del SCSIE, el usuario accederá al laboratorio exclusivamente desde el hall C (ver esquema).

En ese acceso, convenientemente balizado, el usuario encontrará guantes y disolución hidroalcohólica. En caso de que el usuario acuda con guantes propios, debe desecharlos y utilizar unos nuevos. Después se ha de rociar con disolución hidroalcohólica. Guantes y disolución hidroalcohólica los encontrará en la mesa B.

Para el acceso al edificio Jeroni Muñoz se establece como obligatorio el uso de mascarilla quirúrgica/higiénica.

Respecto del protocolo de uso del equipo en modo autoservicio

- Deberá acceder al laboratorio solo un usuario por vez y por solicitud, para poder así mantener las medidas de seguridad dentro de la sala ya que ésta es de espacio reducido.
- Durante su estancia en la sala deberán llevar puesta la mascarilla y los guantes.
- No se permitirá la entrada de bebida y/o comida a la sala.

Después de cada uso, la mesa y los elementos de control manipulados serán higienizados convenientemente por parte del usuario. Para eso dispondrá de disolución hidroalcohólica.

Itinerario recomendado para el acceso a la sección

Con la finalidad de minimizar el transito de personas a través de los diferentes laboratorios, sólo están para transitar por la zona 2 (ver esquema) aquellos usuarios que vayan a realizar medidas en el equipo.

El itinerario recomendado para acceder a la sección, desde el exterior del edificio, es el siguiente: Acceso al edificio a través de la puerta principal (Entrada B). Desde el vestíbulo bajar las escaleras para llegar semisótano. Desde ahí accederán, atravesando la baliza hasta el laboratorio donde esta el D8.

Instrucciones para la entrega de muestras

En caso de que se dejen muestras para ser medidas por la técnico, consultar.

Otros aspectos relevantes

- Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento dentro de las instalaciones de la sección.
- Es obligatorio la desinfección de las manos justo antes de acceder a las instalaciones de la sección.
- Solo podrán trabajar usuarios autorizados que ya hayan finalizado su formación y sean capaces de trabajar de forma autónoma. No se dará formación a nuevos usuarios.
- Se permitirá solo un usuario por equipo. No se permitirá el acceso a acompañantes.
- El acceso del usuario al equipo deberá ser supervisado por el personal técnico para garantizar que se realiza de acuerdo con el protocolo de seguridad.
- En todo momento se mantendrá una distancia de seguridad de 2 metros entre el usuario y el personal técnico.
- No se permitirá el acceso a las instalaciones de personas con síntomas COVID-19 como fiebre o tos.

PLANTA BAJA-accesos



PLANTA SEMISÓTANO-sur-itinerarios

