

Laboratory
Konelab User

04/07/2007 12:32

Test G-NITRATO


Aceptada 03/07/2007 13:47

Factor 20.99

Desvío 0.012

Coef. de determ. 0.999865

Errores Error de medición



	Calibrador	Respuesta	Calc. con.	Conc.	Errores
1	G-NITRATO	0.035	0.4780	0.5000	
2	G-NITRATO	0.040	0.5826	0.5000	Resp. baja de blanco
3	G-NITRATO	0.062	1.0556	1.0000	Resp. baja de blanco
4	G-NITRATO	0.063	1.0769	1.0000	Resp. baja de blanco
5	G-NITRATO	0.105	1.9538	2.0000	Resp. baja de blanco
6	G-NITRATO	0.105	1.9632	2.0000	Resp. baja de blanco
7	G-NITRATO	0.249	4.9848	5.0000	Resp. baja de blanco
8	G-NITRATO	0.244	4.8711	5.0000	Resp. baja de blanco
9	G-NITRATO	0.483	9.8819	10.0000	Resp. baja de blanco
10	G-NITRATO	0.494	10.1137	10.0000	Resp. baja de blanco
11	G-NITRATO	0.969	20.0973	20.0000	Resp. baja de blanco
12	G-NITRATO	0.962	19.9411	20.0000	Resp. baja de blanco

Laboratory
Konelab User

29/06/2007 14:33

Test G-NITRATO


Aceptada 29/06/2007 8:20

Factor 21.84

Desvío 0.010

Coef. de determ. 0.999096

Errores Error de medición



	Calibrador	Respuesta	Calc. con.	Conc.	Errores
1	G-NITRATO	0.031	0.4622	0.5000	Resp. baja de blanco
2	G-NITRATO	0.033	0.4952	0.5000	Resp. baja de blanco
3	G-NITRATO	0.054	0.9623	1.0000	Resp. baja de blanco
4	G-NITRATO	0.054	0.9707	1.0000	Resp. baja de blanco
5	G-NITRATO	0.096	1.8823	2.0000	Resp. baja de blanco
6	G-NITRATO	0.098	1.9152	2.0000	Resp. baja de blanco
7	G-NITRATO	0.235	4.9227	5.0000	Resp. baja de blanco
8	G-NITRATO	0.239	4.9937	5.0000	Resp. baja de blanco
9	G-NITRATO	0.483	10.3317	10.0000	Resp. baja de blanco
10	G-NITRATO	0.485	10.3685	10.0000	Resp. baja de blanco
11	G-NITRATO	0.933	20.1556	20.0000	Resp. baja de blanco
12	G-NITRATO	0.905	19.5399	20.0000	Resp. baja de blanco

Laboratory
Konelab User

10/07/2007 9:14

Test G-NITRATO


Aceptada 09/07/2007 14:32

Factor 16.36

Desvío 0.024

Coef. de determ. 0.999701

Errores Error de medición



	Calibrador	Respuesta	Calc. con.	Conc.	Errores
1	G-NITRATO	0.057	0.5424	0.5000	
2	G-NITRATO	0.057	0.5348	0.5000	Resp. baja de blanco
3	G-NITRATO	0.087	1.0248	1.0000	
4	G-NITRATO	0.087	1.0208	1.0000	
5	G-NITRATO	0.139	1.8732	2.0000	
6	G-NITRATO	0.143	1.9398	2.0000	
7	G-NITRATO	0.323	4.8877	5.0000	
8	G-NITRATO	0.322	4.8801	5.0000	Resp. baja de blanco
9	G-NITRATO	0.651	10.2544	10.0000	Resp. baja de blanco
10	G-NITRATO	0.647	10.1934	10.0000	Resp. baja de blanco
11	G-NITRATO	1.245	19.9735	20.0000	Resp. baja de blanco
12	G-NITRATO	1.239	19.8751	20.0000	Resp. baja de blanco

Laboratory
Konelab User

11/07/2007 10:56


Test G_NITRATO

Aceptada

Factor 18.76
Desvío -0.003

Coef. de determ. 0.999333

Errores Error de medición



	Calibrador	Respuesta	Calc. con.	Conc.	Errores
1	G-NITRATO	0.033	0.6818	0.5000	Resp. baja de blanco
2	G-NITRATO	0.041	0.8305	0.5000	Resp. baja de blanco
3	G-NITRATO	0.054	1.0660	1.0000	Resp. baja de blanco
4	G-NITRATO	0.055	1.0837	1.0000	Resp. baja de blanco
5	G-NITRATO	0.099	1.9068	2.0000	
6	G-NITRATO	0.099	1.9129	2.0000	
7	G-NITRATO	0.247	4.6786	5.0000	Resp. baja de blanco
8	G-NITRATO	0.256	4.8468	5.0000	Resp. baja de blanco
9	G-NITRATO	0.529	9.9765	10.0000	Resp. baja de blanco
10	G-NITRATO	0.518	9.7766	10.0000	Resp. baja de blanco
11	G-NITRATO	1.071	20.1517	20.0000	Resp. baja de blanco
12	G-NITRATO	1.068	20.0882	20.0000	Resp. baja de blanco

Laboratory
Konelab User

12/07/2007 11:37


Test G_NITRATO

Aceptada

Factor 19.17
Desvío -0.005

Coef. de determ. 0.998433

Errores Error de medición



	Calibrador	Respuesta	Calc. con.	Conc.	Errores
1	G-NITRATO	0.032	0.7106	0.5000	Resp. baja de blanco
2	G-NITRATO	0.033	0.7229	0.5000	Resp. baja de blanco
3	G-NITRATO	0.056	1.1722	1.0000	Resp. baja de blanco
4	G-NITRATO	0.054	1.1319	1.0000	Resp. baja de blanco
5	G-NITRATO	0.100	2.0153	2.0000	Resp. baja de blanco
6	G-NITRATO	0.099	1.9842	2.0000	Resp. baja de blanco
7	G-NITRATO	0.241	4.7079	5.0000	Resp. baja de blanco
8	G-NITRATO	0.244	4.7739	5.0000	Resp. baja de blanco
9	G-NITRATO	0.514	9.9475	10.0000	Resp. baja de blanco
10	G-NITRATO	0.486	9.4075	10.0000	Resp. baja de blanco
11	G-NITRATO	1.035	19.9246	20.0000	Resp. baja de blanco
12	G-NITRATO	1.065	20.5015	20.0000	Resp. baja de blanco